
CAG/PCI Ka.r vs 2020
(mGy)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
p<0.05
p=0.81
p=0.35
p=0.9
DRLs2020 PCI
(Ka.r 1800~3900mGy)
DRLs2020 CAG
(Ka.r 700mGy)
2021
1室CAG
2021
3室CAG
2021
1室PCI
2021
3室PCI


Abl. Ka.r vs 2020
(mGy)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
DRLs2020 Ablation
(Ka.r:560~645mGy)
p<0.05
p=0.7
2020
2021(7.5FPS)
2021(3.75FPS)


(mGy)
HEAD CAG Ka.r vs 2020
1200.0
1000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
p=0.68
DRLs2020
(Ka.r:390~1100mGy)
2020
2021


(mGy)
HEAD IVR Ka.r vs 2020
3500.0
3000.0
2500.0
2000.0
1500.0
1000.0
500.0
0.0
p=0.4
DRLs2020
(Ka.r:820~4700mGy)
2020
2021


STENT Graft Ka.r vs 2020
(mGy)
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
DRLs2020 TEVAR
(Ka.r: 830mGy)
DRLs2020 EVAR
(Ka.r:1000mGy)
p=0.81 vs 2020
p=0.47 vs 2020
p=0.16 vs 2020
2021
2室TEVAR
2021
9室TEVAR
2021
2室EVAR
2021
9室EVAR


TACE/TAE Ka.r vs 2020
(mGy)
3000.0
2500.0
2000.0
1500.0
1000.0
500.0
0.0
p=0.17
p=0.70
DRLs2020 TACE (Ka.r: 1400mGy)
2021
C-TACE
2021
TAE