
PMMA40mmにおける平均乳腺線量
2.4
1.9
1.4
0.9
0.4
-0.1
(mGy)
2.4mGy
1
1.29
1.26
1.24
1.24
2017年度
2018年度
2019年度
2020年度
2021年度


PMMA40mmにおける平均乳腺線量のDRL比各年比較
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
41.67%
53.75%
52.65%
51.48%
51.80%
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年


PMMA厚別の平均乳腺線量指示値と測定値の誤差
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%
誤差（%）
20
40
60
PMMA厚（mm）
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年





表 1.マンモグラフィ右 MLO 撮影件数

	2 D	DBT
2019 年度	723	30
2020 年度	605	13
2021 年度	640	12